

Canllaw ar Ddefnyddio Dyfeisiau Arbed Ocsigen Drive Evolution



Cynnwys

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Dyfais Arbed Ocsigen **3**

Sut i Gysylltu Dyfais Arbed Ocsigen **4**

Gosod eich Cyflenwad Ocsigen **5**

Diffodd y Cyflenwad Ocsigen **6**

Gwiro Pŵer Batri eich Dyfais Arbed Ocsigen **6**

Newid y Batris **7**

Am ba hyd y mae Silindrau yn para wrth ddefnyddio Dyfais Arbed Ocsigen **8**

Datrys Problemau **9**



**ENHANCING
LIVES**

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Dyfais Arbed Ocsigen



- A** Cysylltiad y pigynnau trwynol
- B** Deial dethol (Pwls neu Lif Parhaus)
- C** Botwm dewis gosodiad
- D** Arddangosydd gosodiad
- E** Golau batri isel
- F** Cysylltiad y silindr

Sut i Gysylltu Dyfais Arbed Ocsigen



1

Rhowch y silindr yn y bag a ddarperir



2

Rhowch y ddyfais arbed ocsigen ym mhoced y bag, gan sicrhau bod y strapiau felcro wedi cau



3

Cysylltwch y tiwbiau torchog â'r cysylltydd ar y silindr



4

Defnyddiwch y clamp i ddiogelu'r cysylltiad



5

Cysylltwch ben y tiwb torchog â chysylltiad y silindr ar y ddyfais atal ocsigen



6

Cysylltwch diwb y pigynnau trwynol â'r cysylltiad ar ochr y ddyfais atal ocsigen

Rhybudd

Peidiwch â defnyddio dyfais arbed ocsigen pan fyddwch chi'n cysgu.

Dim ond wrth wisgo pigynnau trwynol y dylech chi ddefnyddio dyfais arbed ocsigen Nid yw dyfeisiau arbed ocsigen yn gweithio gyda masgiau.

Gosod eich Cyflenwad Ocsigen



Rhowch y pigynnau trwynol yn eich trwyn



Trowch y falf ar ochr y silindr i 'on/+', os yw'n bresennol



Trowch y silindr ocsigen ar gyfradd llif o 4 litr y funud (lpm)



Gwnewch yn siŵr bod y deial dethol wedi'i osod ar 'Pulse'



Pwyswch y botwm 'dewis gosodiad' i lawr nes bod eich gosodiad yn goleuo



Dechreuwch anadlu drwy'r pigynnau trwynol

Rhybudd

Cofiwch fod yn rhaid gosod y silindr ar gyfradd llif o 4 lpm, a bod y ddyfais arbed ocsigen wedi'i gosod ar y gosodiad cywir.

Diffodd y Cyflenwad Ocsigen

1. Trowch y falf 'On/Off' yn glocwedd yn araf ar y silindr, nes ei fod ar y gosodiad 'Off'
2. Trowch y deial i'r gosodiad 'CF' (Llif Cyson) i ryddhau unrhyw wasgedd yn y tiwbiau
3. Tynnwch y pigynnau trwynol o'ch trwyn

Rhybudd

Does dim botwm 'on/off' ar y ddyfais arbed ocsigen. Bydd y ddyfais arbed ocsigen yn troi ymlaen pan fydd yn synhwyro anadl, a bydd yn mynd i'r 'modd cysgu' ar ôl tri munud os nad yw'n cael ei defnyddio.

Os yw'r silindr yn cael ei ddefnyddio heb y ddyfais, cofiwch ei osod yn ôl i'r gyfradd llif gywir bob amser.

Gwirio Pŵer Batri eich Dyfais Arbed Ocsigen

Os bydd y batri'n isel, bydd y 'dangosydd batri isel' yn fflachio'n goch.

Sicrhewch fod gennych chi fatris sbâr bob amser. Os yw pŵer y batri yn isel, ystyriwch newid y batris cyn gadael eich cartref. Bydd batris yn cael eu darparu gyda'r ddyfais arbed ocsigen, eich cyfrifoldeb chi fydd eu newid nhw.



Newid y Batris

Mae'r ddyfais arbed ocsigen angen dau fatri alcalïaidd AA.

I newid y batri, dilynwch y camau canlynol:

1. Tynnwch y sgrïw sy'n dal drws y batri ar gau (os yw'n bresennol)
2. Agorwch y gorchudd batri
3. Tynnwch y batris allan yn ddiogel
4. Rhowch fatris newydd i mewn, gan wneud yn siŵr eu bod yn wynebu'r symbolau +/- cywir
5. Ar ôl i chi newid y batris, caewch y gorchudd a'i wasgu nes eich bod chi'n clywed sŵn clic
6. Rhowch y sgrïw yn ôl (os yw'n bresennol)

Mae'n bosibl nad oes sgrïw yn bresennol. Yn yr achos hwn, dylech chi hepgor camau 1 a 6.

Rhybudd

Defnyddiwch fatris alcalïaidd yn unig mewn dyfais arbed ocsigen.

Sylwch: Mae eich dyfais arbed ocsigen yn eiddo i Baywater Healthcare, ac ar fenthyg i'r GIG.

Am ba hyd y mae Silindrau yn para wrth ddefnyddio Dyfais Arbed Ocsigen

Am ba hyd y mae silindr Freedom* 400 yn para

Cyfradd Ilif (lpm)	Yn fras, am ba hyd y mae'r silindr yn para wrth ddefnyddio dyfais arbed ocsigen
1	32 awr 11 munud
2	17 awr 42 munud
3	12 awr 12 munud
4	9 awr 34 munud
5	7 awr 41 munud
6	6 awr 26 munud
7	5 awr 26 munud

Am ba hyd y mae silindr Freedom* 300 yn para

Cyfradd Ilif (lpm)	Yn fras, am ba hyd y mae'r silindr yn para wrth ddefnyddio dyfais arbed ocsigen
1	23 awr 6 munud
2	12 awr 42 munud
3	8 awr 45 munud
4	6 awr 52 munud
5	5 awr 31 munud
6	4 awr 37 munud
7	3 awr 54 munud

Wrth ddefnyddio dyfais arbed ocsigen, gall hyd oes y silindrau amrywio yn dibynnu ar weithgarwch a chyfradd anadlu'r claf.

Datrys problemau

Nid yw'r uned yn pylsio

Achos posibl	Datrysiad
Dim pŵer yn y batris	Newid y batris
Batris wedi'u gosod y ffordd anghywir	Gwneud yn siŵr bod y batris yn wynebu'r ffordd gywir
Silindr wedi'i ddiffodd	Troi'r silindr ymlaen
Silindr yn wag	Gwirio'r silindr a'i newid os oes angen
Pigynnau trwynol wedi blocio neu blygu	Cael gwared ar blygiadau, glanhau neu newid y pigynnau trwynol
Tiwb ocsigen wedi blocio neu blygu	Cael gwared ar blygiadau, glanhau neu newid y pigynnau trwynol
Pigynnau trwynol neu diwbiau heb eu gosod yn gywir	Gwneud yn siŵr bod y pigynnau trwynol a'r tiwb ocsigen wedi'u cysylltu â'r ochrau cywir
Mae angen ailosod yr uned	Tynnu'r batris, ac aros deg eiliad cyn eu rhoi yn ôl i mewn

Oes y batris yn fyr

Achos posibl	Datrysiad
Wedi defnyddio batris heb alcalin	Defnyddio batris alcaliaidd
Batris yn ddiffygiol	Newid y batris

Nodiadau

Nodiadau

(ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)



I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Baywater Healthcare

Wulvern House
Electra Way
Crewe
Cheshire
CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

 healthuk@baywater.co.uk

 @BaywaterHealth

 Baywater Healthcare

 Baywater Healthcare

